



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)**

**П Р И К А З**

18 ноября 2016 г.

№ 1702

Москва

**О внесении изменений в описание типа на стандартный образец  
состава концентрата плавиковошпатового типа ФК-75 (Ш13)**

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 970, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. № 29940) (далее – Административный регламент), и в связи с обращением ЗАО «ИСО» от 9 сентября 2016 г. № 525-1, г. Екатеринбург п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в описание типа на стандартный образец состава концентрата плавиковошпатового типа ФК-75 (Ш13), зарегистрированного в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного номера ГСО 8733-2006, номера свидетельства 2480 сроком действия до 27 декабря 2016 г., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению метрологии (Р.А.Родин), ФГУП «УНИИМ» (С.В.Медведевских) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление новых описаний типов на стандартные образцы и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С. Голубев



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 61DA1E000300E901C1ED  
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич  
Действителен: с 17.11.2016 до 17.11.2017

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от 18 ноября 2016 г. №1702

**Изменения в описание типа  
на стандартный образец состава концентрата плавиковошпатового  
типа ФК-75 (Ш13)**

**ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА  
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ПЛАВИКОВОШПАТОВОГО  
ТИПА ФК-75 (Ш13)**

ГСО 8733-2006

**Назначение стандартного образца:** для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений при определении химического состава концентрата плавиковошпатового (ГОСТ 29220-91).

Стандартный образец может применяться для поверки (калибровки), градуировки средств измерений при условии соответствия его метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки (калибровки) и градуировки соответствующих средств измерений.

Область применения: металлургия, машиностроение и другие отрасли.

**Описание стандартного образца:** материал стандартного образца приготовлен из концентрата плавиковошпатового типа ФК-75 в виде порошка крупностью не более 0,08 мм (ГОСТ 14180-80); материал расфасован в банки вместимостью 100 см<sup>3</sup> с пластмассовой крышкой по (50-250) г.

**Форма выпуска:** серийное производство периодически повторяющимися партиями.

**Метрологические характеристики:**

Таблица 1 – Аттестуемые характеристики – массовая доля компонентов А

Компонент	А	В процентах	
		Компонент	А
Фторид кальция	75 - 90	Сера	0,05 - 0,3
Оксид кремния	10 - 20	Фосфор	0,01 - 0,3
Железо общее	0,1 - 0,5	Карбонат кальция	0,2 - 1

Таблица 2 – Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей  $\pm \Delta$  аттестованных значений для доверительной вероятности 0,95

Компонент	$\pm \Delta$	В процентах	
		Компонент	$\pm \Delta$
Фторид кальция	0,24	Сера	0,0025 - 0,005
Оксид кремния	0,07 - 0,11	Фосфор	0,0014 - 0,004
Железо общее	0,003 - 0,007	Карбонат кальция	0,022 - 0,029

**Срок годности экземпляра:** 5 лет, с последующей проверкой стабильности в Закрытом акционерном обществе «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»).

**Знак утверждения типа:** полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

**Комплектность стандартного образца:** материал стандартного образца в банке, упакованной в коробку с этикеткой; паспорт стандартного образца.

**Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:**

1. Техническое задание на разработку стандартного образца состава концентрата плавиковошпатового типа ФК-75 (Ш13), утвержденное 31.10.2005, изменение к техническому заданию, утвержденное 01.08.2016.

2. Документы, определяющие применение: ГОСТ 7619.0-81, ГОСТ 7619.3-81, ГОСТ 7619.4-81, ГОСТ 7619.6-81, ГОСТ 7619.7-81, ГОСТ 7619.9-81, ГОСТ 7619.2-81.

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец не реже: один раз в пять лет.

**Номер экземпляра (партии), дата выпуска:** партия Ш13, ноябрь 2005 г.

**Изготовитель:** Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов», (ЗАО «ИСО»), ул. Ульяновская, 13а, г. Екатеринбург, Россия, 620057, ИНН 6660001315.

**Заявитель:** Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов», (ЗАО «ИСО»), ул. Ульяновская, 13а, г. Екатеринбург, Россия, 620057.