



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

23 ноября 2016 г.

№ 1720

Москва

О внесении изменений в описание типа на стандартный образец состава раствора масла турбинного в гексане

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. № 29940) (далее – Административный регламент), и в связи с обращением ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» от 20 октября 2016 г. № 243/12-11851, г. Санкт-Петербург, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в описание типа на стандартный образец состава раствора масла турбинного в гексане, зарегистрированного в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного номера ГСО 8823-2006, номера свидетельства 2419, сроком действия до 27 декабря 2016 г., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению метрологии (Р.А.Родин), ФГУП «УНИИМ» (С.В.Медведевских) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление новых описаний типов на стандартные образцы и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 61DA1E000300E901C1ED
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 17.11.2016 до 17.11.2017

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 23 ноября 2016 г. №1720

**Изменения в описание типа
на стандартный образец состава раствора масла турбинного в гексане**

**ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА РАСТВОРА МАСЛА ТУРБИННОГО В ГЕКСАНЕ**

ГСО 8823-2006

Назначение стандартного образца:

- приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами;
- аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-флуоресцентных, фотометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа.

Область применения, где преимущественно может применяться стандартный образец: охрана окружающей среды, гидрометеорология, санэпиднадзор.

Описание стандартного образца: стандартный образец (СО) представляет собой раствор масла турбинного марки Т₂₂ (ГОСТ 32-74) в гексане (ТУ 2631-001-54260861-13), расфасованный по $(5,0 \pm 0,5)$ см³ в стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см³ или в пенициллиновые флаконы номинальной вместимостью 10 см³, снабженные этикетками.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

Метрологические характеристики стандартного образца:

наименование аттестуемой характеристики: массовая концентрация масла турбинного, г/дм³.

Нормированные метрологические характеристики СО:

Индекс СО	Наименование аттестуемой характеристики	Интервал допускаемых аттестуемых значений, г/дм ³	Пределы допускаемого относительного отклонения $\pm D$, %	Относительная расширенная неопределенность (U)* при коэффициенте охвата k = 2, %
32НП-Т ₂₂	массовая концентрация масла турбинного	0,95-5,25	5	2

Примечания:

* – соответствует границам относительной погрешности ($\pm \Delta_0$) при доверительной вероятности (P=0,95).

Срок годности экземпляра 2 года.

Знак утверждения типа: печатным способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: 2 экземпляра СО, паспорт.

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

ТУ 4381-018-02566450-2006 «Государственные стандартные образцы состава раствора нефтепродуктов в органических растворителях и содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (индексы: 31НП-1, 31НП-5, 32НП-Т₂₂-1, 32НП-Т₂₂-5; комплекты: 33НП, 34НП, 35НП, 36НП). Технические условия» с изменением № 1 от 03.10.2011.

2. Документы, определяющие применение стандартного образца:

На методики (методы) измерений (испытаний):

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "ФЛЮОРАТ-02"»;

ПНД Ф 14.1:2.116-97 (издание 2004 г.) «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и очищенных сточных вод методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием»;

ПНД Ф 14.1:2.62-96 (издание 2004 г.) «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в природных и очищенных сточных водах методом колоночной хроматографии со спектрофотометрическим окончанием»;

ПНД Ф 16.1:21-98 (издание 2012 г.) «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "ФЛЮОРАТ-02"»;

МУК 4.1.1262-03 (Измерение массовой концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования и др.).

3. Нормативный документ на государственную поверочную схему: отсутствует.

4. Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца – один раз в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: представлены в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа экземпляры СО партии № 130, 04.10.2016 г.

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, ИНН 7809022120.

Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, ИНН 7809022120